08/2021, D9004

danumed® GastroTube

Gastrostomy Feeding and Replacement Tube, Instructions for Use

ENFit®

de Gastrale Austauschsonde, Bedienungsanleitung

ar مسبر التبديل المعدي دليل الاستعمال

da Gastronomisonde til udskiftning, Betjeningsvejledning

es Sonda de intercambio gastral, Instrucciones de uso

fi Gastrinen vaihtosondi, Käyttöohje

fr Sonde gastrique, Mode d'emploi

it Sonda a scambio gastrico, Istruzioni per l'uso

nl Gastrale vervangsonde, Gebruiksaanwijzing

pl Wymienna sonda gastryczna, Instrukcja obsługi

pt Sonda gástrica de substituição, Instruções de utilização

ru Сменный желудочный зонд, инструкция по применению

sv Utbytbar magsond, Bruksanvisning

tr Gastrik değiştirme sondası, Kullanım kılavuzu

Best Quality made by a German Manufacturer

www.danumed.com

danumed Medizintechnik GmbH
Stadtamhof 18
DE-93059 Regensburg
GERMANY

Tab 1

Fr/CH	ml
12	3 - 5
14	3 - 5
16	7 - 10
18	10 - 15
20	10 - 15
22	10 - 15
24	10 - 15

en danumed® GastroTube

Attention!
Read all instructions carefully before use!
The danumed® GastroTube is to be inserted by trained healthcare professionals or by trained caring relatives or the trained patient themselves.

WARNINGS!
- *The GastroTube is intended for single use only, therefore must not **NOT be reused or re-sterilised**. Reusing the product may pose a risk of infection and compromise the reliability of the functionality. Do not use the product if the packaging is already open or damaged.*
- *Check the **expiry date**! Do not use the product after this date under any circumstances.*
- ***Under no circumstances** should the product be proofed, cut, torn, punctured or otherwise **damaged**.*
- *A single danumed GastroTube can remain in a properly applied and healed stoma for **more than 30 days**, provided there is no complications occur. If the tube detaches or the hose gets clogged, the patient must immediately contact a physician.*
- *A GastroTube as a replacement tube should be ordered in due time by the physician at home. To prevent the stoma from closing, the tube should not be removed until a replacement tube is ready.*
- *The **period of use** for the danumed GastroTube is influenced by the following factors: Fill volume in the balloon, pH value of the stomach contents and maintenance of the GastroTube. Replacement of the danumed GastroTube is recommended after 90 days.*

Set contents

- **danumed® GastroTube** Gastrostomy tube for percutaneous tube feeding and medication administration
- **danumed® Balloon Syringe 10 ml** to fill the balloon retention system
- **OptiLube (5 g)** Lubricant to support the tube insertion

Instructions for use OptiLube

COMPOSITION:
Sterile, transparent water-soluble jelly.
- Purified water • Polyethyleneglycol (PEG) • Glycerin • Sodium hydroxide
- 4-Hydroxybenzoic acid esters • pH range 5.0 – 7.0

OptiLube is harmless to human tissue.

CONTRAINDICATIONS: Do not use if you have a known sensitivity or allergy to any of the ingredients.

SIDE EFFECTS: There are no known side effects, however, if irritation occurs discontinue using and consult a doctor.

WARNINGS: Do not use if product is damaged or seal is broken. Apply the required amount of lubrication necessary for the procedure. Not for use in the eye.

Description

The danumed GastroTube is a **feeding tube made of high-quality medical silicone** for the enteral nutrition of patients who are unable to take in sufficient nutrients through oral feeding in order to administer enteral nutrition directly to the patient's stomach and is available in various French sizes. The tube size (Fr) is specified on the shaft of each individual danumed GastroTube as well as on the package label.

Indications

The danumed GastroTube is a replacement feeding tube for long-term enteral nutrition, or drug administration if the danumed GastroTube has come out or if the tube has been damaged in any way, for example, by the patient themselves. Such damage can be ground up prior to administration (if the stability and intake of the ingredient permits), diluted and/ or dissolved in fresh drinking water.

Contraindications

The danumed GastroTube may **not** be used in patients who have **no existing and already healed stoma** or **do not have a correctly functioning gastrointestinal tract**.

Complications

The following complications can occur with the use of the danumed GastroTube:
- Infection
- Pressure necrosis
- Hypergranulation tissue

Note: All serious incidents occurring in connection with the devices must be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

Placement of the tube

The danumed GastroTube can be placed as a **replacement tube** for an existing tube using an already existing and healed stoma.
Note: After instruction/training by medical professionals, the GastroTube can be exchanged at home by caring relatives (1) or by the patient himself. If there are any uncertainties, problems or complications with the use of the products, the exchange of the tube or in the course of the usage duration, a physician or a medical professional should be contacted.

Insertion / replacement of the GastroTube
Select the appropriate French size of the danumed GastroTube. Do not forget to **wash your hands thoroughly** before use.
- Check the proper functioning of the GastroTube:
  1. Take the danumed GastroTube out of the package and check for any damage.
  2. Fill the retention balloon with the contents of sterile distilled water specified in Tab.1 with the help of the Luer syringe.
  3. Remove the air from the balloon (1) by the aid and check the symmetry by applying slight pressure to the balloon. The balloon symmetry is checked by lightly rolling the balloon between your fingertips.
  4. Place the syringe in the valve again and empty the balloon.
- Moisten the tip of the GastroTube with the lubricant.
- Carefully insert the GastroTube orally or nasally into the patient's stoma so that the balloon lies securely in the stomach and not in the stoma tract.
- Fill the retention balloon with sterile or distilled water using the Luer syringe (for required balloon volume see Tab.1). **Do not use saline solution under any circumstances! Do not inject contrast agents into the balloon!** The tube shaft has its own radiological contrast stripe (2).
- Carefully pull the danumed GastroTube in the direction of the abdominal wall until the retention balloon rests against the stomach wall.
- Carefully push the external stabilizer (3) over the danumed GastroTube in the direction of the abdominal wall. The mounting plate should therefore rest approx. 2 - 3 mm above the skin.

Checking the tube position and continuity
1. Connect an enteral syringe with an ENFit® connector with 10 ml of water to the ENFit connector of the danumed GastroTube.
2. Aspirate the stomach contents. If stomach contents can be seen in the tube, this confirms that the tube is correctly positioned.
3. Flush the stomach contents out of the tube with water and check the area around the stoma for leaks. If there is a leak, another check must be performed to determine whether the balloon has been correctly filled and whether the correct tube size has been selected.
4. The correct positioning of the tube can also be checked radiologically.
5. Enteral feeding may only start after ensuring the position is correct and the continuity of the tube.

Functions of the danumed GastroTube

Patient assessment	Examine the patient for pain, pressure and other complaints.
Stoma assessment	Check the patient for an infection, e.g. redness, skin irritation, edema, swelling, excessive sensitivity, heat, rashes, purulent or gastrointestinal discharge. Examine the patient for signs of pressure necrosis, decubitis or hypergranulation tissue.
Stoma cleaning	Clean the stoma with warm water and a mild soap in circular motions starting from the tube and moving out.
Assessment of the GastroTube	Check the danumed GastroTube for any damage, blockages or abnormal discoloration.
Cleaning the GastroTube	Clean the GastroTube with warm water and mild soap. Make sure the tube is manipulated as little as possible. Air thoroughly and let air dry.
Checking the positioning	Check that the external mounting plate of the GastroTube rests 2-3 mm above the skin.
Flushing the tube	If feeding is continuous, the tube must be flushed every 4 to 6 hours and, when not in use, every 8 hours. **Do not use any** acidic flushing solutions such as fruit juices, or carbonated beverages to flush the GastroTube. Flush GastroTube before and after every administration of medication!
Mobility	In order to ensure the mobility of the GastroTube the tube must be rotated 360° daily.

Storage and disposal

The products should be stored in their original packaging out of the reach of children, at room temperature and in a dry environment and disposed of immediately after use and out of the reach of children. Observe the relevant internal and public guidelines. Avoid direct sunlight and heat radiation.

de danumed® GastroTube

Achtung!
Lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch!
Die danumed GastroTube darf nur von ausgebildetem medizinischem Fachpersonal oder von geschulten, pflegenden Angehörigen oder den geschulten Patienten selbst eingesetzt werden.

WARNHINWEISE!
- *Diese GastroTube ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Das Produkt darf **NICHT wiederverwendet** oder **erneut sterilisiert** werden. Die Wiederverwendung kann ein Infektionsrisiko bergen sowie die Zuverlässigkeit der Funktionalität beeinträchtigen. Das Produkt nicht verwenden, wenn die Verpackung bereits geöffnet oder beschädigt ist.*
- ***Verfallsdatum überprüfen!** Das Produkt nach diesem Datum unter keinen Umständen mehr verwenden.*
- *Das Produkt **unter keinen Umständen** einkerben, schneiden, reißen, punktieren oder in anderer Form **beschädigen.***
- *Eine einzelne danumed GastroTube kann in einem ordnungsgemäß angelegten und abgeheilten Stoma **mehr als 30 Tage** ohne Komplikationen verbleiben. Bei Schlauchabriss oder Verstopfung ist der Patient umgehend mit einem Arzt in Verbindung setzen.*
- *Eine danumed GastroTube als Ersatzprodukt sollte zu Hause immer parat liegen. Um zu verhindern, dass das Stoma sich schließt, sollte die GastroTube erst entfernt werden, wenn eine Ersatz-GastroTube bereitsteht.*
- *Die **Anwendungsdauer** der danumed GastroTube wird von folgenden Faktoren beeinflusst: Füllvolumen im Ballon, pH-Wert des Mageninhalts und Pflege der GastroTube. Ein Austausch der danumed GastroTube nach 90 Tagen wird empfohlen.*

Set-Inhalt

- **danumed® GastroTube** Gastrostomiesonde zur perkutanen Sondenernährung und Medikamentengabe
- **danumed® Ballon-Spritze 10 ml** zur Befüllung des Ballon-Haltesystems
- **OptiLube (5 g)** Gleitmittel zur Unterstützung der Sondenanlage

Gebrauchsinformation OptiLube

ZUSAMMENSETZUNG:
Steriles, transparentes und wasserlösliches Gel.
- Gereinigtes Wasser • Polyethylenglykol (PEG) • Glycerin • Natriumhydroxid
- 4-Hydroxybenzoesäureester • pH-Bereich 5,0–7,0

OptiLube ist unbedenklich für das menschliche Gewebe.

GEGENANZEIGEN: Nicht verwenden, wenn bei einem eine Empfindlichkeit oder Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe bekannt ist.

NEBENWIRKUNGEN: Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. Sollte dennoch eine Reizung auftreten, stellen Sie die Anwendung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

WARNHINWEISE: Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt oder das Siegel kaputt ist. Die für die Prozedur erforderliche Gelmenge auftragen. Nicht zur Anwendung im Auge geeignet.

Beschreibung

Die danumed GastroTube ist eine steife **Ernährungssonde aus hochwertigem medizinischem Silikon** zur enteralen Ernährung von Medikamentengabe. Die GastroTube dient als Überleitsystem, um dem Patienten enterale Nahrung direkt in den Magen zu applizieren und ist in verschiedenen French-Größen erhältlich. Die Schlauchgröße (Fr) ist am Schaft jeder einzelnen danumed GastroTube sowie auf dem Verpackungsetikett angegeben.

Indikationen

Die danumed GastroTube ist eine **Ersatz-Ernährungssonde** für die langfristige enterale Ernährung bzw. Medikamentengabe direkt in den Magen und darf frühestens 6 Wochen nach einer PEG-Anlage in das bereits vorhandene und abgeheilte Stoma gelegt werden. Weiterhin ist die danumed GastroTube für Patienten indiziert, die ein niedriges Aspirationsrisiko besitzen und/oder eine **Magendekompression** benötigen.

Kontraindikationen

Die danumed GastroTube darf **nicht** bei Patienten angewendet werden, die **kein vorhandenes und bereits abgeheiltes Stoma** oder **keinen korrekt funktionierenden Gastrointestinaltrakt** aufweisen.

Komplikationen

Folgende Komplikationen können bei der Anwendung der danumed GastroTube auftreten:
- Infektion
- Drucknekrose
- Hypergranulationsgewebe

Hinweis: Alle im Zusammenhang mit den Produkten aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist.

Platzierung der Sonde

Die danumed GastroTube kann als Austauschsonde für eine bestehende Sonde unter Verwendung eines bereits vorhandenen und abgeheilten Stomas platziert werden.
Hinweis: Nach Anweisung/Schulung durch medizinisches Fachpersonal kann die danumed GastroTube zu Hause von pflegenden Angehörigen oder vom Patienten selbst ausgetauscht werden. Sollten Unsicherheiten, Probleme oder Komplikationen bei Verwendung des Produktes, beim Austausch oder im Verlauf der Liegedauer auftreten, ist ein Arzt oder medizinisches Fachpersonal zu kontaktieren.

Anlage / Austausch der GastroTube
Die geeignete French-Größe der danumed GastroTube auswählen. Vor der Verwendung **gründliches Händewaschen** nicht vergessen.
- Überprüfung der korrekten Funktion der GastroTube:
  1. Die danumed GastroTube aus der Verpackung nehmen und auf eventuelle Schäden überprüfen.
  2. Den Rückhalteballon mit der in Tab.1 vorgegebenen Menge an sterilem oder destilliertem Wasser mit Hilfe der Luer-Spritze befüllen.
  3. Die Spritze entfernen und mittels leichten Drückens den Ballon auf Leckagen und auf Symmetrie überprüfen. Die Ballonsymmetrie wird durch leichtes Rollen des Ballons zwischen den Fingern erhalten.
  4. Die Spritze erneut in das Ventil einsetzen und den Ballon entleeren.
- Die Spitze der GastroTube mit dem Gleitmittel befeuchten.
- Die danumed GastroTube vorsichtig und weit genug in das Stoma des Patienten einführen, sodass der Ballon sicher im Magen und nicht im Stomakanal liegt.
- Den Rückhalteballon mit sterilem oder destilliertem Wasser mit Hilfe der Luer-Spritze befüllen (benötigtes Ballonvolumen siehe Tab.1). **Keine Luft verwenden! Auf keinen Fall Kochsalzlösung verwenden! Kein Kontrastmittel in den Ballon injizieren!** Der Schaft der Sonde verfügt selbst über einen Röntgenkontraststreifen.
- Die danumed GastroTube vorsichtig in Richtung Bauchwand ziehen, bis der Rückhaltеballon an der Magenwand anliegt.
- Die äußere Halteplatte der danumed GastroTube vorsichtig in Richtung Bauchdecke schieben. Dabei soll die Halteplatte ca. 2 – 3 mm oberhalb der Haut aufliegen.

Überprüfung der Sondenposition und Durchgängigkeit
1. Eine enterale mit ENFit® Verbindungsstück mit 10 ml Wassermenge an den ENFit-Konnektor der danumed GastroTube konnektieren.
2. Mageninhalt aspirieren. Ist in der Sonde Mageninhalt zu erkennen, bestätigt dies, dass die Sonde richtig positioniert ist.
3. Ausspülen des Mageninhalts aus der Sonde mit Wasser und die Stoma-Umgebung auf Leckagen überprüfen. Falls ein Leck vorliegt, muss erneut überprüft werden, ob der Ballon richtig befüllt ist und ob die richtige Größe der Sonde ausgewählt wurde.
4. Die korrekte Position der Sonde kann ebenfalls röntgenologisch überprüft werden.
5. Erst nach Sicherstellung der richtigen Position und Durchgängigkeit der Sonde darf mit der enteralen Ernährung begonnen werden.

Funktionen der danumed GastroTube

Patientenbeurteilung	Untersuchung des Patienten auf Schmerz, Druck und sonstige Beschwerden.
Stomabeurteilung	Patienten auf Anzeichen einer Infektion, wie z.B. Rötung, Hautreizung, Ödem, Schwellung, Druckempfindlichkeit, Wärme, Hautausschlag, eitrigen oder gastrointestinalen Ausfluss untersuchen. Untersuchung des Patienten auf Anzeichen von Drucknekrose, Dekubitus oder Hypergranulationsgewebe.
Stomareinigung	Reinigung des Stomas mit warmem Wasser und einer milden Seife. Darauf achten, dass die Sonde so wenig wie möglich manipuliert wird. Gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen.
Beurteilung der GastroTube	Überprüfung der danumed GastroTube auf etwaige Schäden, Verstopfung oder abnormale Verfärbung.
Reinigung der GastroTube	Reinigung der GastroTube mit warmem Wasser und milder Seife. Darauf achten, dass die Sonde so wenig wie möglich manipuliert wird. Gründlich spülen und an der Luft trocknen lassen.
Positionsüberprüfung	Überprüfung, dass die äußere Halteplatte der GastroTube 2-3 mm oberhalb der Haut liegt.
Spülung der Sonde	Bei einer kontinuierlichen Ernährung muss die Sonde alle 4 bis 6 Stunden, sowie bei Nichtgebrauch alle 8 Stunden gespült werden. **Keine** säurehaltigen Spüllösungen, wie z.B. Fruchtsäfte oder kohlensäurehaltige Getränke, zum Spülen der GastroTube verwenden. GastroTube vor und nach jeder Medikamentenapplikation spülen!
Beweglichkeit	Um die Beweglichkeit der GastroTube zu gewährleisten, muss die Sonde täglich um 360° gedreht werden.

Lagerung und Entsorgung

Die Produkte sind außer Reichweite von Kindern, bei Zimmertemperatur und in trockener Umgebung in der Originalverpackung zu lagern und nach der Verwendung umgehend und außer Reichweite von Kindern zu entsorgen. Dazu die einschlägigen, hausinternen und öffentlichen Richtlinien beachten. Direktes Sonnenlicht und Wärmeeinstrahlung sind zu vermeiden.

ar danumed® GastroTube

تنبيه
يرجى قراءة جميع التعليمات بعناية قبل الاستخدام!
لا يجب استخدام GastroTube danumed® من قبل أفراد طاقم طبي مدربين أو القائمين على رعاية المريض مدربين أو المريض نفسه المدرب على استخدام المنتج.

إرشادات التحذير!
- *GastroTube مصمم للاستعمال لمرة واحدة فقط. لا يسمح **بإعادة استخدام** المنتج أو **إعادة تعقيمه**. قد تنطوي إعادة الاستخدام على خطورة العدوى، وقد تعرّض موثوقية الكفاءة الوظيفية للخطر. لا تستخدم المنتج إذا كانت العبوة مفتوحة من قبل أو تالفة.*
- ***تأكد من تاريخ انقضاء الصلاحية!** لا تستخدم المنتج بعد هذا التاريخ بأي حال من الأحوال.*
- *لا تحاول المنتج أو تقصه أو تمزقه أو تقيم له **ثقبه نهائيًا** أو بأي شكل آخر.*
- *يمكن بقاء danumed GastroTube في **مكان** مناسب **لمدة تزيد عن 30 يومًا** في حال تم عمله على الوجه المطلوب وطبقي لتعليمات الطبيب، في حالة اكتمال التئام الفتحة بدون حدوث مضاعفات. في حالة انفصال الأنبوب عن جسم المريض أو انسداد الخرطوم يجب على المريض مراجعة الطبيب على الفور.*
- *يجب أن يكون أنبوب التغذية danumed GastroTube متاحًا دائمًا في المنزل لضمان عمل وقتي للمريض. لمنع انغلاق الفتحة، لا يتم إزالة أنبوب التغذية danumed GastroTube حتى يتوفر أنبوب بديل.*
- *تتأثر **مدة استخدام** danumed GastroTube بالعوامل التالية: حجم التعبئة في البالون وقيمة الأس الهيدروجيني لمحتويات المعدة وصيانة GastroTube. يُنصح بتغيير danumed GastroTube بعد مرور ٩٠ يومًا.*

محتوى المجموعة

- أنبوب **danumed® GastroTube** من صمام البالون المدمج للتغذية الأنبوبية عن طريق الجلد وإدخال الدواء
- حقنة **danumed® حقنة بالون 10 مل** لملء نظام احتباط البالون
- مزلق OptiLube (5 جرام) لتسهيل إدخال الأنبوب

دليل استعمال OptiLube

التركيب:
جل طبي شفاف وقابل للذوبان في الماء.
- ماء منقّى • بولي إيثيلين غليكول (PEG) • جليسرين • هيدروكسيد صوديوم
- 4 أسفر حمض الهيدروكسي بنزويك • نطاق درجة الحموضة 5,0–7,0

OptiLube غير مضر بأنسجة جسم الإنسان.

موانع الاستعمال: لا تستخدم إذا كان هناك حساسية أو حساسية مفرطة تجاه أي من المكونات.

الآثار الجانبية: لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية معروفة. وإذا ظهر من ذلك آثار ما ظهر أي تهيج يجب وقف استخدام المزلق واستشارة طبيب.

تحذيرات: لا تستخدم إذا كان المنتج تالفًا أو الختم مفتوحًا. يجب وضع كمية المزلق اللازمة على المريض. لا يستخدم في العين.

الوصف

يتكون danumed GastroTube من **أنبوب تغذية مصنوع من السيليكون الطبي عالي الجودة** للتغذية المعوية لمرضى لا يستطيعون تناول ما يكفي من العناصر الغذائية عن طريق الفم، حيث يتم إعطاء التغذية المعوية مباشرة في معدة المريض، وهو متوفر بأحجام فرنسية مختلفة. حجم الخرطوم (Fr) مذكور على عبوة كل danumed GastroTube وكذلك على ملصق العبوة.

دواعي الاستخدام

يستخدم danumed GastroTube بشكل رئيسي كأنبوب تغذية بديل للتغذية المعوية طويلة الأمد أو لإدخال الأدوية في حالة خروج danumed GastroTube أو تلفه بأي طريقة، على سبيل المثال، بواسطة المريض نفسه. يمكن سحق هذا الضرر قبل الإعطاء (إذا سمحت ثبات وامتصاص المكونات) وتخفيفه و/ أو إذابته في ماء شرب نقي.

موانع الاستعمال

لا يستخدم danumed GastroTube في المرضى الذين **ليس لديهم فتحة موجود مسبقًا** وشفي تمامًا أو الذين لا **يعمل** جهازهم الهضمي **بصورة سليمة**.

المضاعفات

قد تظهر المضاعفات التالية عند استخدام danumed GastroTube:
- العدوى
- التهاب المحيط
- النسيج الحبيبي المفرط

ملاحظة: يجب إبلاغ الشركة المصنّعة بكل المضاعفات الجسيمة في الأمور الخطيرة التي تحدث إضافةً بالسلطات والجهات المختصة المختلفة بالدولة التي يقيم فيها المستخدم أو المريض أو كليهما.

وضع البالون

يمكن وضع danumed GastroTube كأنبوب بديل لأنبوب موجود مسبقًا باستخدام فتحة موجودة بالفعل وشفيت تمامًا.
ملحوظة: بعد تلقي التعليمات/التدريب من المتخصصين الطبيين، يمكن استبدال أنبوب التغذية danumed GastroTube في المنزل بواسطة القائمين على رعاية المريض (1) أو بواسطة المريض نفسه. إذا كانت لديك أي شكوك أو واجهت مشكلات أو تعانى من المضاعفات عند استخدام المنتجات أو عند استبدال أنبوب التغذية أو خلال مدة الاستخدام، يجب عليك الاتصال بالطبيب أو أخصائي الرعاية الصحية.

وضع/استبدال أنبوب التغذية GastroTube

اختر حجم فرنسي المناسب لأنبوب danumed GastroTube. قبل الاستخدام لا تنس **غسل يديك جيدًا**.
- فحص الوظيفة السليمة لأنبوب danumed GastroTube:
  1. أخرج أنبوب danumed GastroTube من العبوة وافحصه للتأكد من عدم وجود أي تلفيات.
  2. املأ البالون الهوائي بالكميات المنصوص عليها في الجدول Tab.1 من المياه المعقمة أو المقطرة باستخدام محقنة لوير المرفقة.
  3. قم بإزالة الهواء من البالون (1) بمساعدة المحقنة وتحقق من تماثله عن طريق الضغط برفق على البالون. يتحقق تماثل البالون بالتدحرج البسيط للبالون بين أصابعك.
  4. أعد حقنة المحقنة إلى الصمام وأفرغ البالون.
- ترطيب طرف أنبوب danumed GastroTube بمزلق.
- أدخل danumed GastroTube بحذر وبعناية فائقة عن طريق فتحة المريض بحيث يقبع البالون في المعدة وليس في مجرى فتحة المعدة.
- املأ البالون الهوائي بماء معقم أو مقطر بمساعدة محقنة لوير (لمعرفة حجم البالون المطلوب، انظر Tab.1). **لا تستخدم أبدًا** محلول ملحي! **لا تستخدم أبدًا** أي عامل تباين في البالون! **قد تؤدي** حقن عامل التباين إلى **تلف** البالون! يحتوي عمود الأنبوب نفسه على شريط عامل تباين للأشعة السينية (Tab.1).
- تحقق من وضع أنبوب danumed GastroTube في المعدة بالأشعة السينية أو بالتنظير الداخلي.
- يمكن بدء التغذية المعوية فقط بعد التأكد من الموضع الصحيح لأنبوب التغذية والتحقق من استمراريته.

التغذية والحياة

لضمان حرية حركة danumed GastroTube يتعين تدوير أنبوب التغذية يوميًا بزاوية ٣٦٠ درجة.

توجيهات حول نظافة الأنبوب

يتعين اتباع التعليمات التالية حول الضغط الصحيح لتنظيف السداد لأنبوب danumed GastroTube:
- يتعين شبر حقنة لوير danumed GastroTube بانتظام لتنظيف وتجديد بقايا الطعام المتبقية في الأنبوب. يجب تنظيف الأنبوب على الأقل مرتين يوميًا لضمان عمل الأنبوب بشكل صحيح.
- يجب تنظيف danumed GastroTube بالماء الدافئ والصابون. يجب تجنب التعامل مع الأنبوب بشكل مفرط قدر الإمكان.
- يجب تجفيف الأنبوب جيدًا بعد التنظيف.
- يجب تغيير danumed GastroTube بانتظام كل ٣ أشهر على الأقل.

Brugsanvisning OptiLube

SAMMENSÆTNING:
Steril, transparent, vandopløselig gel.
- Renset vand • Polyethylenglykol (PEG) • Glycerin • Natriumhydroxid
- 4-hydroxybenzoesyreesterne • pH-område: 5,0-7,0

OptiLube er uskadeligt for humant væv.

KONTRAINDIKATIONER: Brug ikke, hvis du har en kendt overfølsomhed eller allergi over for nogen af ingredienserne.
BIVIRKNINGER: Der er ingen kendte bivirkninger, men hvis irritation opstår, så ophør brug, og kontakt en læge.
ADVARSLER: Brug ikke, hvis produktet er beskadiget eller forseglingen er ødelagt. Påfør den nødvendige mængde, der behaves til proceduren. Ikke til brug i øjet.

Beskrivelse

danumed GastroTube er en steril **ernæringssonde af højværdig medicinsk silikone** til enteral ernæring hvor, medicinindgift direkte i mavesækken og må tidligst lægges i en eksisterende og helvredt stomi 6 uger efter PEG-anlæggelse. Desuden er danumed gastrotuben beregnet til patienter, som har et lav aspirationsrisiko og/eller har brug for en **mavedekompression**.

Kontraindikationer

danumed gastrotuben må **ikke** anvendes hos patienter, som ikke fremviser en eksisterende **eller allerede helbredt stomi** eller en **korrekt fungerende gastrointestinaltrakt**.

Komplikationer

Følgende komplikationer kan opstå ved anvendelse af danumed GastroTube:
- Infektion
- Tryknekrose
- Hypergranulationsvæv

Bemærk: Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produkterne skal indberettes til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/ eller patienten er etableret.

Sondens placering

danumed gastrotuben anlægges som **udskiftningssonde** til en eksisterende sonde ved anvendelse af en allerede eksisterende og helbredt stomi.
Bemærk: Efter instruktion/træning af medicinsk personale kan GastroTube udskiftes hjemme af pårørende (1) eller patienten selv. Hvis der opstår usikkerhed, problemer eller komplikationer under brugen af produkterne, udskiftning af slangen eller i løbet af liggeperioden, skal der tages kontakt til en læge eller sundhedsfaglig person.

Anlæggelse / udskiftning af gastrotuben
Udvælg den passende French-størrelse til danumed gastrotuben. Husk at **vaske hænderne grundigt** før anvendelse.
- Kontroller om gastrotuben fungerer korrekt:
  1. Tag danumed gastrotuben ud af forpakningen og kontrollér for eventuelle skader.
  2. Påfyld fastholdelsesballonen med de mængder af sterilt eller destilleret vand, der er angivet i Tab.1, ved hjælp af luerprøjten.
  3. Fjern sprøjten og kontrollér lækage eller symmetri ved at trykke let på ballonen. Ballonsymmetri opnås ved at rulle ballonen let mellem fingrene.
  4. Anbring sprøjten igen i ventilen og tøm ballonen.
- Fugt spidsen af GastroTube med smøremiddel.
- Indfør danumed gastrotuben forsigtigt og langt nok ind i patientens stomi, så at ballonen ligger sikkert i maven og ikke i stomikanalen.
- Fyld ballonen med sterilt eller destilleret vand ved hjælp af en luersprøjte (Ballonvolumen se Tab.1). **Brug aldrig saltvand! Injicer aldrig kontrastmidler i ballonen!** Gastrotubens skaft har selv en røntgenkontraststribe (2).
- Træk danumed gastrotuben forsigtigt i retning af bugvæggen, indtil ballonen ligger ved mavevæggen.
- Skub danumed gastrotubens yderste fikseringsplade forsigtigt i retning af bugvæggen. Fikseringspladen skal ligge ca. 2 – 3 mm over huden.

Kontrollér sondens position og gennemstrømning.
1. Forbind en enteralsprøjte med 10 ml vandmængde til danumed gastrotubens ENFit®-konnektor.
2. Aspirer mavemiddelindhold, kan der ses mavemiddelindhold i sonden, så bekræfter det, at sonden er anlagt rigtigt.
3. Skyl mavemiddelindhold ud af sonden med vand og tjek om der er lækage i omgivelsen af stomien. Hvis der forelægger lækage, skal der på ny kontrolleres, om ballonen er påfyldt rigtigt, og om den rigtige sondestørrelse er udvalgt.
4. Sondens korrekte placering kan også kontrolleres røntgenologisk.
5. Først når man har forsikret sig om sondens rigtige placering og gennemstrømning, må der begyndes med den enteregale ernæring.

Funktioner danumed gastrotubens

Patientvurdering	Undersøg om patienten har smerter, tryk eller andet besvær.
Stomibedømmelse	Undersøg om er tegn på infektion hos patienten, som f.eks. rødme, hudirritation, ødem, hævelse, ømhed, varme, hududslæg, betændt eller gastrointestinal udflåd. Undersøg om der er tegn på tryknekrose, dekubitus eller hypergranulationsvæv hos patienten.
Stomirengøring	Rengør stomien med varmt vand og mild sæbe med kredsbevægelser fra sondeindgangen og udad.
Bedømmelse af gastrotuben	Kontrollér om danumed gastrotuben er beskadiget, er forstoppet eller har en unormal farve.
Rengøring af gastrotuben	Rens gastrotuben med varmt vand og mild sæbe. Observer, at sonden bliver manipuleret så lidt som muligt. Skyl grundigt og lade den tørre i luften.
Kontrol af sondens placering	Kontrollér om gastrotubens ydre fikseringsplade ligger 2-3 mm over huden.
Skylning af sonden	Ved kontinuerlig ernæring skal sonden skylles hver 4-6. time, og uden for brug hver 8. time. Anvend ikke syreholdige skyllevæskeopløsninger, som f.eks. frugtsafte eller kulsyreholdige drikke til at skylle gastrotuben. Skyl gastrotuben før og efter hver medicinindgift.
Bevægelighed	For at sikre gastrotubens bevægelighed, skal sonden drejes 360° dagligt.

Opbevaring og bortskaffelse

Produkterne skal opbevares utilgængeligt for børn samt i den originale emballage ved rumtemperatur og i tørre omgivelser. Efter brug skal der bortskaffes omgående og utilgængeligt for børn. I den forbindelse skal de almindelige, interne og offentlige retningslinjer overholdes. Undgå direkte sollys og varmestråling.

da danumed® GastroTube

Pas på!
Læs alle instruktioner omhyggeligt før brug!
danumed® GastroTube skal indføres af uddannet sundhedspersonale eller af uddannede, plejende pårørende eller den uddannede patient selv.

ADVARSELSHENVISNINGER!
- *GastroTube er kun bestemt til **engangsbrug** Produktet må **IKKE genanvendes eller steriliseres** igen. Genanvendelsen kan indebolde en smitterisiko samt påvirke den pålidelige funktionalitet. Anvend ikke produktet, hvis emballagen allerede er åben eller beskadiget.*
- ***Kontrollér udløbsdatoen!** Anvend produkter under ingen omstændigheder efter denne dato.*
- *Produktet må **under ingen omstændigheder** indkærves, skæres, rives, punkteres eller på anden måder **beskadiges.***
- *En enkelt danumed gastrotube kan forblive i **mere end 30 dage** i en forskriftsmæssigt anlagt og helbredt stomi, forudsat, at der ikke optræder komplikationer. I tilfælde af at slangen løsner eller at slangen bliver tilstoppet, skal patienten omgående kontakte en læge.*
- *En GastroTube som erstatningsprodukt bør altid være klar i hjemmet. For at forhindre, at stomien lukker, må GastroTube ikke fjernes, før erstatningsprodukten er klar.*
- *Danumed gastrotubens **anvendelsestid** påvirkes af følgende faktorer: Ballonvolumen, mavesyreindholdet og gastrotubens pleje. Det anbefales at udskifte danumed gastrotuben efter 90 dage.*

Indhold

- **danumed® GastroTube** Gastrostomisonde til perkutan sondeernæring og medicinindførsel
- **danumed® Ballonsprøjte 10 ml** til påfyldning af ballonfastholdelsessystemet
- **OptiLube (5 g)** Smøremiddel til støtte for indsættelse af sonden

Brugsanvisning OptiLube

SAMMENSÆTNING:
Steril, transparent, vandopløselig gel.
- Renset vand • Polyethylenglykol (PEG) • Glycerin • Natriumhydroxid
- 4-hydroxybenzoesyreesterne • pH-område: 5,0-7,0

OptiLube er uskadeligt for humant væv.

KONTRAINDIKATIONER: Brug ikke, hvis du har en kendt overfølsomhed eller allergi over for nogen af ingredienserne.
BIVIRKNINGER: Der er ingen kendte bivirkninger, men hvis irritation opstår, så ophør brug, og kontakt en læge.
ADVARSLER: Brug ikke, hvis produktet er beskadiget eller forseglingen er ødelagt. Påfør den nødvendige mængde, der behaves til proceduren. Ikke til brug i øjet.

Beskrivelse

danumed gastrotuben er en steril **ernæringssonde af højværdig medicinsk silikone** til enteral ernæring hvor, medicinindgift direkte i mavesækken og må tidligst lægges i en eksisterende og helbredt stomi 6 uger efter PEG-anlæggelse. Desuden er danumed gastrotuben beregnet til patienter, som har et lav aspirationsrisiko og/eller har brug for en **mavedekompression**.

Kontraindikationer

danumed gastrotuben må **ikke** anvendes hos patienter, som ikke fremviser en eksisterende **eller allerede helbredt stomi** eller en **korrekt fungerende gastrointestinaltrakt**.

Komplikationer

Følgende komplikationer kan opstå ved anvendelse af danumed GastroTube:
- Infektion
- Tryknekrose
- Hypergranulationsvæv

Bemærk: Alle alvorlige hændelser i forbindelse med produkterne skal indberettes til fabrikanten og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/ eller patienten er etableret.

Sondens placering

danumed gastrotuben anlægges som **udskiftningssonde** til en eksisterende sonde ved anvendelse af en allerede eksisterende og helbredt stomi.
Bemærk: Efter instruktion/træning af medicinsk personale kan GastroTube udskiftes hjemme af pårørende (1) eller patienten selv. Hvis der opstår usikkerhed, problemer eller komplikationer under brugen af produkterne, udskiftning af slangen eller i løbet af liggeperioden, skal der tages kontakt til en læge eller sundhedsfaglig person.

Anlæggelse / udskiftning af gastrotuben
Udvælg den passende French-størrelse til danumed gastrotuben. Husk at **vaske hænderne grundigt** før anvendelse.
- Kontroller om gastrotuben fungerer korrekt:
  1. Tag danumed gastrotuben ud af forpakningen og kontrollér for eventuelle skader.
  2. Påfyld fastholdelsesballonen med de mængder af sterilt eller destilleret vand, der er angivet i Tab.1, ved hjælp af luerprøjten.
  3. Fjern sprøjten og kontrollér lækage

it danumed® GastroTube

Attenzione!
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso!
Il GastroTube viene utilizzato da personale sanitario addestrato o da parenti addestrati e curanti o dal paziente stesso.

AVVERTENZE!
- *Questo GastroTube è esclusivamente* **monouso**. *Il prodotto* **NON deve essere riutilizzato o nuovamente sterilizzato**. *Il riutilizzo può comportare un rischio di infezione e compromettere l'affidabilità della funzionalità. Non utilizzare il prodotto se l'imballaggio è già aperto o danneggiato.*
- *Controllare la data di scadenza! In nessun caso utilizzare più il prodotto oltre tale data.*
- *In nessun caso* **incidere**, **tagliare**, **strappare**, **forare** o in altro modo **danneggiare** *il prodotto.*
- *Un singolo danumed GastroTube può rimanere in uno stoma correttamente posizionato e guarito per* **più di 30 giorni,** *a condizione che non si verifichino complicanze. Se la sonda si stacca o il tubo è danneggiato, deve essere sostituito immediatamente un medico.*
- *Un GastroTube come prodotto sostitutivo dovrebbe essere sempre pronto a casa. Per evitare che lo stoma si chiuda, la sonda non deve essere rimossa fino a quando non è pronta una sonda sostitutiva.*
- *La durata di utilizzo del danumed GastroTube è influenzata dai seguenti fattori: Volume di riempimento del palloncino, valore di pH del contenuto gastrico e cura del GastroTube. Si raccomanda la sostituzione del GastroTube dopo 90 giorni.*

Contenuto del set

- **danumed® GastroTube** Sonda di sostituzione per gastrostomia per la nutrizione con sonda percutanea e la somministrazione di farmaci
- **danumed® Siringa per palloncino da 10 ml** per riempire il sistema di ritenuta del palloncino
- **OptiLube (5 g)** Lubrificante per supportare l'impianto della sonda

Istruzioni per l'uso OptiLube

COMPOSIZIONE:
Gel sterile, trasparente, idrosolubile.
- Acqua purificata • Glicole polietilenico (PEG) • Glicerina • Idrossido di sodio
- Esteri dell'acido 4-idrossibenzoico • Intervallo di variabilità del pH: 5,0-7,0

OptiLube non danneggia i tessuti umani.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare in caso di sensibilità o allergia nota a uno qualsiasi dei principi contenuti.

EFFETTI COLLATERALI: Non ci sono effetti collaterali noti, tuttavia, in caso di irritazione interrompere l'uso e consultare un medico.

AVVERTENZE: Non utilizzare se il prodotto fosse danneggiato o se il sigillo risultasse rotto. Applicare la quantità di lubrificante necessario per la procedura. Non usare all'interno dell'occhio.

Descrizione

Il danumed GastroTube è una **sonda di alimentazione sterile in silicone medico di alta qualità** per l'alimentazione enterale a lungo termine e per l'amministrazione di farmaci. Il GastroTube serve come sistema di trasferimento per la somministrazione di alimenti enterali diretta nello stomaco e di disponibilità immediata. Il GastroTube French. La dimensione del tubo (Fr) sono indicate su ciascuno stelo di ogni danumed GastroTube e sull'etichetta della confezione.

Indicazioni

Il danumed GastroTube è una **sonda di alimentazione di ricambio** per la nutrizione enterale a lungo termine o la somministrazione di farmaci direttamente nello stomaco e può essere inserito nello stoma già esistente e guarito non prima di 6 settimane dopo un impianto PEG. Il danumed GastroTube è indicato per pazienti che presentano un basso rischio di aspirazione e/o necessitano di **decompressione gastrica**.

Controindicazioni

Il danumed GastroTube **non** deve essere utilizzato per pazienti che **non hanno ancora uno stoma esistente e già guarito** o che **non hanno un tratto gastrointestinale correttamente funzionante**.

Complicazioni

Con l'uso del danumed GastroTube possono verificarsi le seguenti complicazioni:
- Infezione
- Necrosi da pressione
- Ipergranulazione tessutale

Nota: Tutti gli incidenti gravi che si verificano in relazione ai prodotti devono essere segnalati al produttore e all'autorità sul territorio in cui l'utente e/o il paziente risiede.

Posizionamento della sonda

Il danumed GastroTube può essere posizionato come sonda sostitutiva di una sonda esistente utilizzando uno stoma già presente e guarito.

Nota: Dopo l'istruzione/addestramento da parte di professionisti medici, il GastroTube può essere sostituito a casa da assistenti familiari o dal paziente stesso. In caso di incertezze, problemi o complicazioni durante la sostituzione, la sostituzione della sonda o nel corso del periodo di giacenza, è necessario contattare un medico o un operatore sanitario.

Installazione/Sostituzione del GastroTube

Scegliere la dimensione French adatta del danumed GastroTube. Prima dell'uso non dimenticare di **lavarsi accuratamente le mani**.
- Controllare il corretto funzionamento del GastroTube:
  1. Togliere il danumed GastroTube dall'imballaggio e verificare eventuali danni.
  2. Riempire il palloncino di ritenzione con la quantità di acqua sterile o distillata indicate nella Tabella 1 utilizzando la siringa Luer.
  3. Rimuovere la siringa e posizionare una guaina per siringa appropriata per la simmetria e l'assenza di perdite. La simmetria del palloncino si ottiene facendolo ruotare leggermente tra le dita.
  4. Inserire nuovamente la siringa e svuotare il palloncino.
- Inumidire la punta del GastroTube con il lubrificante.
- Inserire il danumed GastroTube con delicatezza e abbastanza lontano nello stoma in modo che il palloncino sia saldamente posizionato nello stomaco e non nel canale dello stoma.
- Riempire il palloncino con acqua sterile o distillata con l'ausilio di una siringa Luer (per il volume del palloncino richiesti vedi Tabella 1). **Non usare aria! Non utilizzare mai la soluzione salina! Non superare il volume di riempimento consigliato per palloncino!** L'asta della sonda stessa è munita di una striscia di contrasto per raggi X.
- Tirare delicatamente il sistema di ritenuta del palloncino verso la parete dello stomaco, finché il palloncino di ritenzione non è adiacente alla parete dello stomaco.
- Spingere con cautela la piastra di supporto del danumed GastroTube verso la parete addominale. La piastra di supporto deve essere posizionata ca. 2 – 3 mm sopra le pelle.

Controllo della posizione e della perviet à della sonda
1. Collegare una siringa enterale con connettore ENFit® contenente 10 ml d'acqua al connettore ENFit del danumed GastroTube.
2. Aspirare il contenuto dello stomaco. Se nella sonda è visibile del contenuto gastrico, ciò sta a indicare che la sonda è correttamente posizionata.
3. Eliminare il contenuto gastrico o mantenerlo in caso che non sia necessario e controllare che non vi siano perdite nelle adiacenze dello stoma. Se è presente una perdita, occorre verificare nuovamente la posizione del palloncino su correttamente riempito e che sia stata scelta la sonda delle dimensioni giuste.
4. È possibile verificare la corretta posizione della sonda anche radiologicamente.
5. La nutrizione enterale può essere avviata solo dopo aver appurato la corretta posizione e perviet à della sonda.

Funzioni del danumed GastroTube

Istruzioni per la nutrizione

Alle voedings- en zorgmaatregelen van de gebruiker moeten overeenkomen met de actuele klinische richtsnoeren van het behandelende ziekenhuis of de behandelend zorginstelling!

1. Sluit indien nodig een enterale spuit of een enteraal verlengsysteem met ENFit-connector conform ISO 80369-3 aan op de danumed GastroTube.
2. Stel de voedingsoplossingssnelheid en de toediening van de voeding in. Voor een bolustoediening moet de patiënt zo goed mogelijk rechtzitten, om te voorkomen dat de voeding terug in de voedingsslang stroomt. Bij continue toediening wordt de patiënt aanbevolen om gedurende de toediening (20 – 40°) rechtop te zitten.
3. Spoel de GastroTube (en het enterale verlengsysteem) met water tot de slang volledig vrij is van voedingsoplossing. Fijnmiva av det enterala verlengsystemet.
4. Bij gebruik van een enteraal verlengsysteem: Verwijder het enterale verlengsysteem en sluit de connector.
5. Als de voeding continu verloopt, moet de sonde elke 4 tot 6 uur na een onderbreking in de voedingsoperator met water worden gespoeld.

Opmerkingen over medicatie

Opgelet!
Voordat u medicatie toedient via de danumed GastroTube altijd eerste een arts raadplegen!
- Overleg altijd eerst met de behandelende arts en/of apotheker of de medicatie geschikt is wat betreft de afbraak van de medicatie en de viscositeit van het materiaal van de sonde.
- Dien indien mogelijk alleen vloeibare medicatie via de danumed GastroTube toe.
- Controleer altijd eerst of de medicatie op nuchtere of volle maag moet worden toegediend.
- **Kein noch** vette, sublinguale of buccale medicatie, tabletten of capsules met vertraagde afgifte toe.
- **Kreek noch** de medicatie fijn omhulde medicatie in kleine stukjes, want dit kan leiden tot een verkeerde toediening van de medicatie.
- **Meng nooit** medicatie met voedingsoplossing of dien ze nooit samen toe!
- Spoel de danumed GastroTube voor en na elke toediening van medicatie grondig met water.

Decompressie
1. Sluit voor decompressie van de maag een enteraal verlengsysteem aan op de danumed GastroTube.
2. Laat de maaginhoud in een opvangbak wegvloeien.
3. Spoel na de decompressie het verlengsysteem en de danumed GastroTube met water.
4. Koppel het enterale verlengsysteem los en sluit de ENFit-connector.

Håndtering og vedlikehold

For å opprettholde beskyttelsen av GastroTube-enheten i stomien og for å unngå hudirritasjon, må den **daglig roteres 360°.**

Retningslinjer for kontinuitet av sonden
- Følgende instruksjoner tilrettelegger for å unngå at sonden tetter seg og for å sikre kontinuiteten av den.
- danumed GastroTube-enheten må **skiftes ut regelmessig** (ettersom den er utsatt for slitasje) for å sikre at sonden fungerer optimalt. Hvis GastroTube-enheten brukes lenger enn i 90 dager, anbefales hyppige funksjonskontroller.
- For kontinuerlig sondeernæring bør GastroTube-enheten ha en diameter på 14 fr. Ved bolusmating er 12 fr. tilstrekkelig.
- **Skyll ernæringssonden før og etter hver medisinering** for å unngå interaksjon mellom medisinen og ernæringsløsningen, og dermed forhindre at sonden tetter seg.
- Medisiner kan bare administreres separat og bare med skyllevann. Bruk aldri enkelte doseringer. Faste medisiner må knuses til en fin pulverform og løses opp i vann. Kapsler må åpnes og løse stabilitetsegenskaper må sjekkes hos helsepersonell. Ved bruk av flytende medisiner må sondens kontinuitet brukes til skylling.

Vedlikehold av ballongens sperresystem

En gang i uken må vannvolumet til danumed GastroTube-enheten kontrolleres.
- Hold fast i GastroTube-enheten med den ene hånden og sett den medfølgende luersprøyten inn i sidetilgangen for å fylle ballongen.
- Fjern vannet fra ballongen og pass på at danumed GastroTube-enheten holder seg på plass.
- Sammenlign mengden vann som er trukket tilbake, med den anbefalte mengden i tab. 1. Hvis vannmengden er mindre enn den foreskrevne mengden, fyll luer-sprøyten med vann og fyll ballongen på nytt. Hvis **ikke lufta ut og fjern all luftboble**, **sørg for at sonden er helt avlastet og at ballongen trygt i magen og ikke i stomikanalen.**
- Bevochtig het uiteinde van de GastroTube met het glijmiddel.
- Steek de danumed GastroTube voorzichtig en diep genoeg in de stoma van de patiënt, zodat de ballon zeker in de maag is (zie ook afbeelding in stomakanaal ligt.
- Vul de retentieballon met steriel of gedestilleerd water met behulp van een Luer-spuit (raadpleeg voor het benodigde ballonvolume tab.1). **Gebruik geen lucht! Gebruik in geen geval een fysiologische oplossing! Spuit geen contrastmiddel in de ballon!** De schacht van de sonde is voorzien van een regen röntgencontraststrepen.
- Trek de danumed GastroTube voorzichtig in de richting van de buikwand tot de retentieballon tegen de maagwand ligt.
- Schuif de uiterste retentieplaat van de danumed GastroTube voorzichtig in de richting van de buikwand. Zorg ervoor dat de retentieplaat ongeveer 2 tot 3 mm boven de huid ligt.

De sondepositie en doorgang controleren
1. Sluit een enteraal spuit met ENFit®-verbindingsstuk met een watervolume van 10 ml aan op het danumed GastroTube-enfit-connector.
2. Aspireer de maaginhoud. Als er in de sonde maaginhoud te zien is, betekent dit dat de sonde correct geplaatst is.
3. Spoel de maaginhoud uit de sonde met behulp van water, en controleer de stoma-omgeving op lekkage. Ziet u een lek, controleer dan opnieuw of de ballon correct gevuld is en of de ballongrootte overeenkomt met het.
4. De correcte positie van de sonde kan ook röntgenologisch worden gecontroleerd.
5. Pas wanneer de correcte positie en doorgang van de sonde is gecontroleerd, mag aan de enterale voeding worden begonnen.

Funksjonene til danumed GastroTube

Instruksjoner om ernæring

Eventuelle ernærings- og medisinregimer for GastroTube-enheten i stomien og for å unngå hudirritasjon, må den **daglig roteres 360°.**

Rutiner for kontinuitet av sonden
- Følgende instruksjoner tilrettelegger for å unngå at sonden tetter seg og for å sikre kontinuiteten av den.
- danumed GastroTube-enheten må **skiftes ut regelmessig** (ettersom den er utsatt for slitasje) for å sikre at sonden fungerer optimalt. Hvis GastroTube-enheten brukes lenger enn i 90 dager, anbefales hyppige funksjonskontroller.
- For kontinuerlig sondeernæring bør GastroTube-enheten ha en diameter på 14 fr. Ved bolusmating er 12 fr. tilstrekkelig.
- **Skyll ernæringssonden før og etter hver medisinering** for å unngå interaksjon mellom medisinen og ernæringsløsningen, og dermed forhindre at sonden tetter seg.
- Medisiner kan bare administreres separat og bare med skyllevann. Bruk aldri enkelte doseringer. Faste medisiner må knuses til en fin pulverform og løses opp i vann. Kapsler må åpnes og løse stabilitetsegenskaper må sjekkes hos helsepersonell. Ved bruk av flytende medisiner må sondens kontinuitet brukes til skylling.

Vedlikehold av ballongens sperresystem

En gang i uken må vannvolumet til danumed GastroTube-enheten kontrolleres.
- Hold fast i GastroTube-enheten med den ene hånden og sett den medfølgende luersprøyten inn i sidetilgangen for å fylle ballongen.
- Fjern vannet fra ballongen og pass på at danumed GastroTube-enheten holder seg på plass.
- Sammenlign mengden vann som er trukket tilbake, med den anbefalte mengden i tab. 1. Hvis vannmengden er mindre enn den foreskrevne mengden, fyll luer-sprøyten med vann og fyll ballongen på nytt. Hvis **ikke lufta ut og fjern all luftboble**, **sørg for at sonden er helt avlastet og at ballongen trygt i magen og ikke i stomikanalen.**
- Fukt sprossen av GastroTube med smøremiddelet.
- Sett danumed GastroTube forsiktig og langt nok inn i pasientens stomi slik at ballongen ligger trygt i magen og ikke i stomikanalen.
- Fyll ballong-sperresystemet med sterilt eller destillert vann ved hjelp av luersprøyten (se nødvendig ballongvolum i tab.1). **Bruk ikke luft! Bruk aldri saltløsning! Injiser ikke kontrastmiddel i ballongen!** Selve sonden har en rentgenkontraststrimmel.
- Trekk forsiktig danumed GastroTube-enheten mot bukveggen til ballong-sperresystemet ligger mot magevegen.
- Skyv forsiktig den ytterste holdeplaten til danumed GastroTube-enheten mot bukveggen. Holdeplaten skal ligge ca. 2–3 mm over huden.

Kontroller sondens posisjon og kontinuitet
1. Koble en enteral sprøyte med ENFit®-koblingsstykke med 10 ml vann til ENFit-kontakten på danumed GastroTube-enheten.
2. Aspirere maginnhold. Hvis det oppdages maginnhold i sonden, bekrefter dette at sonden er korrekt plassert.
3. Skyll maginnholdet fra sonden med vann og sjekk stomi-omgivelsene for lekkasje. Hvis det oppdages lekkasje, kontroller om ballongen er riktig oppblåst og om sonden har riktig størrelse.
4. Riktig plassering av sonden kan også kontrolleres med rentgen.
5. Først etter å ha sikret riktig posisjon og kontinuitet av sonden, kan enteral ernæring startes opp.

Funksjonene til danumed GastroTube

Instruksjoner om ernæring

Uvijek započnite vježbanje i pielęgnacyjne użytkownika muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi klinicznymi szpitala / instytucji, która przejmuje opiekę!

1. W zależności od potrzeb podłączyć strzykawkę enteralną lub system do podawania enteralnej z konektorem ENFit wg normy ISO 80369-3 do sondy żywieniowej danumed GastroTube.
2. Ustawienie dawki roztworu żywieniowego i podaż pokarmu. W celu podania bolusowego pacjent powinien w miarę możliwości wyprostować górną część ciała i przyjąć pozycję siedzącą, aby zapobiec cofaniu się pokarmu do przełyku. W przypadku podaży ciągłej pacjent powinien przyjąć pozycję siedzącą (kąt 20 – 40°).
3. Spłukać sondę żywieniową danumed GastroTube (i system enteralny) przepłukać wodą do momentu, aż wężyk będzie przezroczysty. Ujrzewnik się, że przepływ jest swobodny.
4. W przypadku zastosowania systemu do podawania enteralnej: Usunąć system do podawy enteralnej i zamknięcie konektora.
5. Jeżeli żywienie odbywa się w sposób ciągły, sondę należy przepłukać wodą co 4-6 godzin po przerwaniu dopływu pokarmu.

Wskazówki dotyczące lekarstw

Uwaga!
Przed podaniem lekarstw za pośrednictwem sondy żywieniowej danumed GastroTube **należy skonsultować się z lekarzem** lub farmaceutą!
- Zdatność lekarstw do rozdrobnienia i wzajemnego oddziaływania z materiałami sondy należy zawsze skonsultować z lekarzem prowadzącym i / lub farmaceutą.
- Jeżeli to możliwe, podawać tylko płynne leki przez sondę danumed GastroTube. Tubę należy płukać lekarstwa.
- Przed zaaplikowaniem leku sprawdzić, czy leki powinny zostać podane na pusty czy na pełny żołądek.
- **Nie podawać** mieszanin pokarmowych, podjęzykowych lub zawiesznych między działem a policzkiem lekarstw, tabletek lub kapsułek o opóźnionym uwalnianiu.
- **Nigdy** nie rozdrabniać lekarstw drobnych otoczką chroniącą przed działaniem kwasów żołądkowych, ponieważ mogłoby to doprowadzić do nieprawidłowej aplikacji lekarstwa.
- **Nigdy** nie mieszać lekarstw z roztworem żywieniowym lub podawać razem!
- Sondy żywieniowej danumed GastroTube należy dostatecznie przepłukać wodą przed i po każdej aplikacji lekarstwa.

Dekompresja
1. W celu dekompresji żołądka podłączyć system do podawy enteralnej do sondy żywieniowej danumed GastroTube.
2. Odpowiednie płukanie żołądka do pojemnika.
3. Po przeprowadzeniu dekompresji przepłukać wodą system do podawy enteralnej oraz sondę żywieniową danumed GastroTube.
4. Odłączyć system do podawy enteralnej i zamknąć konektor ENFit.

Pielęgnacja i konserwacja

Aby zachować możliwość ruchu sondy żywieniowej GastroTube w przezroczu i uniknąć podrażnień skóry, sondę powinno się **codziennie obracać o 360°.**

Wytyczne dotyczące ciągłości sondy

Poniższe instrukcje dotyczące prawidłowego płukania mają służyć przestrzeganie, aby uniknąć zatkania sondy i zagwarantować jej drożność.
- Sondę żywieniową danumed GastroTube powinno się **regularnie wymieniać** (zaleca się wymianę po 90 dniach), aby gwarantować optymalne funkcjonowanie sondy. Jeżeli sonda żywieniowa GastroTube jest stosowana dłużej niż 90 dni, zaleca się częstsze kontrole działania.
- W przypadku żywienia w trybie ciągłym sondę należy płukać co 4-6 godzin, a w przypadku podawania bolusowego co 4-6 posiłków.
- **Sondę żywieniową należy czyścić przed i po każdym podaniu lekarstw**, aby zapobiec wspólnemu oddziaływaniu pożywienia i lekarstwa oraz zablokowaniu sondy żywieniowej (tym samym nie doprowadzić do zatkania sondy).
- Lekarstwa należy podawać wyłącznie w postaci płynnej płukać pomiędzy podawaniem poszczególnych lekarstw. Lekarstwa w postaci stałej należy przed podaniem dostatecznie rozdrobnić i rozpuścić w wodzie (przestrzegać wskazówki producenta), rozcieńczyć i / lub rozpuścić w świeżej wodzie pitnej.

Ogólne wytyczne dotyczące płukania
- Do płukania sondy należy stosować wodę o temperaturze pokojowej. Jeżeli jakość wody z wodociągu budzi wątpliwości, można zastosować wodę sterylną.
- Ilość potrzebnej wody do płukania zależy od rodzaju podawanej żywności lub instytucji, w której / której przebywa pacjent. Stopień nawodnienia pacjenta również wpływa na ilość płukanki. W przypadku diety zwiększonej zawartości błonnika należy mieć zapobiec potrzebie dostarczania pacjentowi dodatkowego płynu drogą dożylną.
- W przypadku małych dzieci oraz pacjentów z niewydolnością nerek lub innymi restrykcjami dotyczącymi ilości wody przepisanej tylko wymagają minimalną objętość płukanki, aby zachować drożność sondy.

Konserwacja balonu przytrzymującego

Raz w tygodniu należy kontrolować objętość wody w sondzie żywieniowej danumed GastroTube.
- Sondę żywieniową GastroTube przytrzymać jedną ręką i wprowadzić strzykawkę typu Luer w boczne wejście do napełniania balonu.
- Usunąć wodę z balonu, zwracając uwagę, aby sonda żywieniowa danumed GastroTube pozostała na swoim miejscu.
- Ilość ściągniętej wody porównać z ilością zalecaną według tab. 1. Jeżeli ilość wody jest mniejsza niż zalecana, należy napełnić strzykawkę typu Luer odpowiednią ilością wody i napełnić balon dodatkowo. Balon napełniać tylko **sterylną lub destylowaną wodą**.
- Podczas usuwania wody należy się zdarzyć, że wokół sondy dojdzie do wycieku treści żołądkowej. Wycisk należy usunąć przy użyciu kompresów.
- Odczekać 10-20 minut i powtórzyć procedurę w celu kontroli nieszczelności balonu. W przypadku nieszczelności należy wymienić sondę żywieniową GastroTube zgodnie z instrukcjami.

Lista kontrolna do codziennej pielęgnacji i konserwacji

Ocena pacjenta	Badanie pacjenta pod kątem występowania bólu, ucisku i innych dolegliwości.
Ocena przetoki	Zbadać pacjenta pod kątem oznak infekcji jak np. zaczerwienie, podrażnienie skóry, obrzęk, opuchlizna, wrażliwość na ucisk, ciepłota ciała, wysypka, wycieki ropny lub wyciek z układu pokarmowego. Badanie pacjenta pod kątem oznak martwicy uciskowej, odleżyn lub higher granulacja.
Czyszczenie przetoki	Czyszczenie przetoki przy użyciu ciepłej wody i łagodnego mydła ruchem okrężnym od sondy w kierunku na zewnątrz.
Ocena sondy żywieniowej GastroTube	Kontrola sondy żywieniowej GastroTube pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zatkania lub nietypowego zabarwienia.
Czyszczenie sondy żywieniowej GastroTube	Czyszczenie sondy żywieniowej GastroTube przy użyciu ciepłej wody i łagodnego mydła. Zwrócić uwagę, aby jak najmniej manipulować przy sondzie. Dokładnie przepłukać i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.
Kontrola pozycji	Upewnienie się, że zewnętrzna płytka przytrzymująca sondy żywieniowej GastroTube wystaje 2-3 mm ponad skórę. Skyll GastroTube-enheten før og etter hver bruk av medisinering!
Płukanie sondy	W przypadku żywienia w trybie ciągłym sondę należy płukać co 4-6 godzin, a w przypadku nieużywania co 8 godzin. Do płukania sondy żywieniowej GastroTube **nie** stosować zawierającej kwasy roztworów, np. sok owocowe lub napoje gazowane. Sondę żywieniową GastroTube należy przepłukać przed i po każdej aplikacji lekarstw!
Możliwość ruchu	Aby zapewnić sondzie żywieniowej GastroTube możliwość ruchu, sondę należy codziennie obracić o 360°.

Checklist over dagelijkse verzorging en onderhoud

Patiënt beoordelen	Patiënt onderzoeken op pijn, druk en andere klachten.
Stoma beoordelen	Patiënt onderzoeken op tekens van infectie, bv. rode vlekken, huidirritaties, oedeem, zwelling, drukgevoeligheid, warmte, huiduitslag, eletrige of gastro-intestinale uitscheiding. Patiënt onderzoeken op tekens van druknecrose, decubitus of hypergranulatieweefsel.
Verzorging van GastroTube	Controller dat danumed GastroTube-enheten for skader, verstoppelse og unormal mobilitet.
Rengjøring av GastroTube	Rengjør GastroTube-enheten med varmt vann og mild såpe. Sørg for at sonden manipuleres så lite som mulig. Skyll grundig og la lufttørke.
Kontroll av plasseringen	Kontroller at den utvendige holdeplaten til GastroTube-enheten ligger 2–3 mm over huden.
Skylling av sonden	For kontinuerlig ernæring må sonden skylles hver 4. til 6. time og hver 8. time når den ikke er i bruk. Ingen syreholdige løsninger må brukes til å skylle GastroTube-enheten, som f. eks. fruktjuice og kullsyreholdige drikker. Skyll GastroTube-enheten før og etter hver bruk av medisinering!
Bevegelighet	For å sikre bevegeligheten til GastroTube-enheten, må sonden daglig roteres 360°.

Oppbevaring og avhending

Produktene må oppbevares utilgjengelige for barn, i originalemballasjen ved romtemperatur i tørre omgivelser og avhendes umiddelbart etter bruk, utenfor barns rekkevidde. For dette må sondene interne og offentlige retningslinjer følges. Direkte sollys og varmestråling må unngås.

Oppbevaring og avhending

Produktene må oppbevares utilgjengelige for barn, i originalemballasjen ved romtemperatur i tørre omgivelser og avhendes umiddelbart etter bruk, utenfor barns rekkevidde. For dette må sondene interne og offentlige retningslinjer følges. Direkte sollys og varmestråling må unngås.

Przechowywanie i utylizacja

Produkty należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, w temperaturze pokojowej i w suchym otoczeniu w oryginalnym opakowaniu, a po zastosowaniu bezzwłocznie zutylizować w segregacji śmieciowej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W tym celu należy przestrzegać obowiązujących wytycznych wewnętrznych i publicznych. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i promieniowania cieplnego.

Förvaring och bortskaffning

Förvara produktema utom räckhåll för barn vid rumstemperatur och i torr miljö i originalförpackningarna samt bortskaffa dem omedelbart efter användning på ett sätt som är säkert för barn. Beakta tillämpliga, interna och allmänna riktlinjer. Undvik direkt solljus och värmestrålning.

nl danumed® GastroTube

Opgelet!
Lees voor gebruik alle kubussen zorgvuldig door!
De danumed GastroTube wordt gebruikt door opgeleide zorgverleners of door opgeleide, verzorgende familieleden of de opgeleide patiënt zelf.

WAARSCHUWING!
- *De GastroTube is uitsluitend bedoeld voor* **eenmalig gebruik.** *Het product mag* **NIET opnieuw worden gebruikt of opnieuw worden gesteriliseerd.** *Hergebruik van het product kan leiden tot infectierisico's en kan de betrouwbaarheid van het product aantasten. Gebruik het product niet als de verpakking reeds geopend of beschadigd is.*
- *Controleer de vervaldatum! Nooit de datum vervolgtonen mag dit product niet meer worden gebruikt.*
- *Het product mag* **onder geen beding** *worden ingekerfd, gescheurd, geperforeerd of op een andere manier worden* **beschadigd.**
- *Een individuele danumed GastroTube kan in een correct aangelegde en genezen stoma* **meer dan 30 dagen** *blijven zitten, op voorwaarde dat er geen complicaties optreden. Als de sonde losloopt of de ballon is beschadigd, moet deze onmiddellijk, dan moet de patiënt dienstelijk een arts raadplegen.*
- *Een GastroTube als vervangend product moet altijd thuis klaarliggen. Om te voorkomen dat het stoma dichtgroeit, mag de tube niet worden verwijderd totdat een vervangende tube klaar is.*
- *De gebruiksduur van de danumed GastroTube hangt af van de volgende factoren: volvolume van de ballon, pH-waarde van de maagsinhoud en verzorging van de GastroTube. We raden aan om de danumed GastroTube na 90 dagen te vervangen.*

Inhoud van Set

- **danumed® GastroTube** Gastrostomisk ernæringssonde for perkutan sondeernæring og administrasjon av legemidler
- **danumed® Ballongsprøyte 10 ml** til å fylle ballong-sperresystemet
- **OptiLube (5 g)** Smøremiddel for å stette installasjonen av sonden

Bruksanvisning OptiLube

SAMMENSETNING:
Sterile, transparente en in water oplosbare vloeibare gel.
- Gezuiverd water • Polyethyleenglycol (PEG) • Glycerine • Natriumhydroxide
- Esters van 4-hydroxybenzeouzur • pH-bereik: 5,0-7,0

OptiLube tast de huid niet aan.

CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken als u een bekende gevoeligheid of allergie hebt voor een van de ingredienten.

BIJWERKINGEN: Er zijn geen bekende bijwerkingen, stop echter met het gebruik en raadpleeg een arts als er irritatie optreedt.

WAARSCHUWINGEN: Niet gebruiken als het product beschadigd is of als de verzegeling is verbroken. Breng de vereiste hoeveelheid smering aan die nodig is voor de behandeling. Niet voor gebruik in het oog.

Beschrijving

De danumed GastroTube is een steriele **voedingssonde uit hoogwaardige medische silicone** voor enterale voeding op lange termijn en voor de toediening van medicijnen. De GastroTube wordt als verlengsysteem om de enterale voeding direct in de maag van de patiënt toe te dienen en is in verschillende French-groottes verkrijgbaar. De slangmaten (Fr) is op de schacht van elke individueel danumed GastroTube en ook op het verpakkingsetiket aangegeven.

Indicaties

De danumed GastroTube is een **vervangende voedingssonde** voor langdurige enterale voeding of toediening van medicatie direct in de maag en mag ten vroegste 6 weken na het aanleggen van een PEG in de reeds aanwezige en genezen stoma worden geplaatst. Bovendien is de danumed GastroTube geïndiceerd voor patiënten die een laag aspiratierisico vertonen en/of een **maagdecompressie** vereisen.

Contra-indicaties

De danumed GastroTube mag **niet** worden gebruikt bij patiënten die **niet beschikken over een aanwezige en reeds genezen stoma of over een correct werkende maagdarmstelsel.**

Complicaties

Bij gebruik van de danumed GastroTube kunnen de volgende complicaties optreden:
- Infecties
- Druknecrose
- Hypergranulatieweefsel

Opmerking: Alle ernstige incidenten in verband met de producten moeten worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

De sonde plaatsen

De danumed GastroTube kan worden geplaatst als vervangende sonde voor een bestaande sonde door gebruik te maken van een reeds aanwezige en genezen stoma.

Opmerking: Na instructie/training door medische professionals kan de GastroTube thuis door mantelzorgers of door de patiënt zelf worden vervangen. Bij onzekerheid, problemen of complicaties tijdens het gebruik van de producten, het vervangen van de sonde of in de loop van de liggingsperiode, moet altijd contact worden opgenomen met een arts of gezondheidsdeskundige.

De GastroTube aanbrengen/vervangen

Kies een danumed GastroTube met gepaste French-grootte. Vergeet niet eerst **grondig uw handen te wassen** voordat u met de procedure begint.
- Controleer de correcte werking van de GastroTube:
  1. Neem de danumed GastroTube uit de verpakking en controleer hem op eventuele schade.
  2. Vul de retentieballon met behulp van de Luer-spuit met de in tab.1 vermelde hoeveelheid steriel gedestilleerd water of fysiologische oplossing.
  3. Verwijder de spuit en druk voorzichtig op de ballon om hem te controleren op lekkages en asymmetrie. U kunt de ballon weer symmetrisch maken door hem voorzichtig tussen de vingers te rollen.
  4. Controleer de spuit er opnieuw op dat de ballon leeg.
- Bevochtig het uiteinde van de GastroTube met het glijmiddel.
- Steek de danumed GastroTube voorzichtig en diep genoeg in de stoma van de patiënt, zodat de ballon zeker in de maag is (zie ook afbeelding in stomakanaal ligt.
- Vul de retentieballon met steriel of gedestilleerd water met behulp van een Luer-spuit (raadpleeg voor het benodigde ballonvolume tab.1). **Gebruik geen lucht! Gebruik in geen geval een fysiologische oplossing! Spuit geen contrastmiddel in de ballon!** De schacht van de sonde is voorzien van een regen röntgencontraststrepen.
- Trek de danumed GastroTube voorzichtig in de richting van de buikwand tot de retentieballon tegen de maagwand ligt.
- Schuif de uiterste retentieplaat van de danumed GastroTube voorzichtig in de richting van de buikwand. Zorg ervoor dat de retentieplaat ongeveer 2 tot 3 mm boven de huid ligt.

De sondepositie en doorgang controleren
1. Sluit een enteraal spuit met ENFit®-verbindingsstuk met een watervolume van 10 ml aan op het danumed GastroTube-enfit-connector.
2. Aspireer de maaginhoud. Als er in de sonde maaginhoud te zien is, betekent dit dat de sonde correct geplaatst is.
3. Spoel de maaginhoud uit de sonde met behulp van water, en controleer de stoma-omgeving op lekkage. Ziet u een lek, controleer dan opnieuw of de ballon correct gevuld is en of de ballongrootte overeenkomt met het.
4. De correcte positie van de sonde kan ook röntgenologisch worden gecontroleerd.
5. Pas wanneer de correcte positie en doorgang van de sonde is gecontroleerd, mag aan de enterale voeding worden begonnen.

Functies van de danumed GastroTube

Voedingsinstructies

Alle voedings- en zorgmaatregelen van de gebruiker moeten overeenkomen met de actuele klinische richtsnoeren van het behandelende ziekenhuis of de behandelende zorginstelling!

1. Sluit indien nodig een enterale spuit of een enteraal verlengsysteem met ENFit-connector conform ISO 80369-3 aan op de danumed GastroTube.
2. Stel de voedingsoplossingssnelheid en de toediening van de voeding in. Voor een bolustoediening moet de patiënt zo goed mogelijk rechtzitten, om te voorkomen dat de voeding terug in de voedingsslang stroomt. Bij continue toediening wordt de patiënt aanbevolen om gedurende de toediening (20 – 40°) rechtop te zitten.
3. Spoel de GastroTube (en het enterale verlengsysteem) met water tot de slang volledig vrij is van voedingsoplossing. Fijnmiva av det enterala verlengsystemet.
4. Bij gebruik van een enteraal verlengsysteem: Verwijder het enterale verlengsysteem en sluit de connector.
5. Als de voeding continu verloopt, moet de sonde elke 4 tot 6 uur na een onderbreking in de voedingsoperator met water worden gespoeld.

Opmerkingen over medicatie

Opgelet!
Voordat u medicatie toedient via de danumed GastroTube altijd eerste een arts raadplegen!
- Overleg altijd eerst met de behandelende arts en/of apotheker of de medicatie geschikt is wat betreft de afbraak van de medicatie en de viscositeit van het materiaal van de sonde.
- Dien indien mogelijk alleen vloeibare medicatie via de danumed GastroTube toe.
- Controleer altijd eerst of de medicatie op nuchtere of volle maag moet worden toegediend.
- **Kein noch** vette, sublinguale of buccale medicatie, tabletten of capsules met vertraagde afgifte toe.
- **Kreek noch** de medicatie fijn omhulde medicatie in kleine stukjes, want dit kan leiden tot een verkeerde toediening van de medicatie.
- **Meng nooit** medicatie met voedingsoplossing of dien ze nooit samen toe!
- Spoel de danumed GastroTube voor en na elke toediening van medicatie grondig met water.

Decompressie
1. Sluit voor decompressie van de maag een enteraal verlengsysteem aan op de danumed GastroTube.
2. Laat de maaginhoud in een opvangbak wegvloeien.
3. Spoel na de decompressie het verlengsysteem en de danumed GastroTube met water.
4. Koppel het enterale verlengsysteem los en sluit de ENFit-connector.

Cura e manutenzione

Per mantenere la mobilità del GastroTube in sede stoma e evitare irritazioni cutanee, lo si dovrebbe **ruotare di 360° al giorno**.

Linee guida per la pervietà della sonda
- Si devono rispettare le seguenti istruzioni per il corretto lavaggio onde evitare l'intasamento della sonda e per garantirne la pervietà.
- Il danumed GastroTube dovrebbe essere **sostituito regolarmente** (è consigliabile dopo 90 giorni) per garantire la funzionalità ottimale della sonda. Se il danumed GastroTube viene